

➤ Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Pregão Nº 00304/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Aparelho raios x	Unidade	1	R\$ 314.295,3400	R\$ 314.295,3400	R\$ 314.295,3400
Marca: DABI ATLANTE Fabricante: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA Modelo / Versão: Eagle Edge 2D - PAN + TELE (2 sensores) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS E TELERRADIOGRAFIAS. EAGLE EDGE - LINHA PRO - 2D esta versão 2D desta linha apresenta recursos que a destacam em sua usabilidade e qualidade de imagem. Ela possui filtros otimizados que adaptam as imagens de acordo com as necessidades do seu mercado. Possui ainda o recurso Mult Slice que possibilita navegar entre 41 cortes panorâmicos para visualização das estruturas desejadas. Além de algoritmos de reconstrução que garantem o melhor foco e contraste em cada aquisição. Opção de Configuração: PAN + TELE (2 sensores) Filtros As máquinas Eagle Edge da linha Pro possuem filtros de otimização de nitidez e contraste, que possibilitam adaptar as imagens ao seu padrão preferido e atender ao seu mercado com as melhores imagens, evitando repetições e oferecendo maior acuidade para a realização de diagnósticos. Panorâmica Multislice. A panorâmica Mult Slice captura múltiplas camadas de imagem panorâmica. É uma ferramenta inovadora que permite a observação das estruturas desejadas, dando profundidade ao exame panorâmico. Eagle Edge é uma marca Alliage do Tomógrafo Odontológico AXR conforme registro Anvisa 10101130088. Software de Imagem Odontológica - Eagle Eye: Anvisa 10101130091 Modelo: Eagle Edge 2D - PAN + TELE (2 sensores) Marca: Dabi Atlante Fabricante: Alliage S.A. Indústrias Médico Odontológica. Procedência: Nacional *COMPUTADOR PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS, com todas as características e configurações necessárias para utilização adequada e plena do aparelho de raios x digital para radiografias panorâmicas e seus respectivos softwares e para permitir um fluxo de trabalho com velocidade apropriada. *COMPUTADOR PARA LAUDOS E ANÁLISES CEFALOMÉTRICA, com todas as características e configurações necessárias para utilização adequada e plena do software para laudos de radiografias panorâmicas. Monitor Barco LCD, 2MP com Registro Anvisa: 80822240007. Modelo Eonis 24 (MDRC-2324) Marca: Barco. Softwares Inclusos: SOFTWARE EDITOR DE TEXTOS, SOFTWARE PARA ANÁLISE CEFALOMÉTRICA E SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS. *MOBILÁRIOS Armário para guarda de manuais (armário em MDF, espessura mínima 25mm, revesti do com laminado melamínico, cor branca ou cinza, espaço interno dividido em prateleiras, portas de giro, pés ajustáveis, dimensões em compatibilidade com o espaço disponível para instalação/colocação e quantitativo de manuais); (01 UNIDADE). Cadeira (com regulagem de altura por pistão pneumático; braços ajustáveis e com ampla superfície de apoio para evitar problemas com alturas de bancadas e lesões por esforço repetitivo; rodízios em nylon, resistente ao uso intenso nos serviços de saúde; assento estofado com espuma injetada, impermeável de alta qualidade e resistente ao uso intenso nos serviços de saúde; encosto impermeável, fácil limpeza, peso suportado deve atender obesos e obesos mórbidos (Ergonomia: NR17); (02 UNIDADES). Mesa/bancada para console e estação de trabalho (em MDF, espessura mínima 25mm, revesti do com laminado melamínico, cor branca ou cinza, pés ajustáveis, compatibilidade com o espaço disponível para instalação/colocação e quantitativo de equipamentos). (02 UNIDADES) COMPONENTES ADICIONAIS: 02 Unidades - ESTABILIZADOR que atendam a demanda dos computadores; 01 Unidade - NOBREAK que atende a demanda do equipamento de raios X. ADEQUAÇÕES: Inclusos as seguintes adequações para instalação dos equipamentos: • Físicas; • Elétricas; • Hidráulicas; • Lógicas; • De refrigeração						
3	Peça , acessório - impressora , copiadora	Unidade	2	R\$ 24.000,0000	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000
Marca: CARESTREAM Fabricante: CARESTREAM HEALTH INC. Modelo / Versão: IMPRESSORA DRYVIEW 5700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA FOTO TERMOGRÁFICA (LASER SECO) PARA IMAGENS MÉDICAS. Resolução de impressão 325 pixels por polegada, espaçamento de 78 microns. Produtividade de até 45 filmes por hora no tamanho 35X43 cm (14X17 polegadas) e até 85 filmes por hora para tamanhos menores. Carregamento da bandeja de filmes à luz do dia. Imprime os seguintes tamanhos de filme: 14 x 17 polegadas (35 x 43 cm), 11 x 14 polegadas (28 x 35 cm), 10 x 12 polegadas (25 x 30 cm) e 8 x 10 polegadas (20 x 25 cm). Conectividade DICOM 3.0 nativa, conexão de rede base T 10/100/1000 (gigabite). Suporta estrutura jumbo. Possibilidade a conexão a modalidades médicas não Dicom através de gerenciadores PACS LINK (não incluso). Dimensões (Altura, Largura, Profundidade): 47 cm, 61 cm e 66 cm. Peso: 54 Kg. Alimentação: 180 a 264 VAC, 50/60 Hz, consumo máximo 4,5 A. Ambiente operacional: Temperatura de 15 a 33°C; Umidade relativa do ar: 20% a 80%, sem condensação. Campo magnético: menor que 50 Gauss. Altitude: de menos 30,5 metros a 3.048 metros. Incluso Nobreak Compatível com a Impressora/ Garantia de 12 Meses. Modelo: Impressora DryView 5700 Marca: Carestream Fabricante: Carestream Health Inc. Procedência: Estados Unidos Registro Anvisa: 80378750032						
Total do Fornecedor:					R\$ 327.295,3400	
09.020.873/0001-30 - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Aparelho raios x	Unidade	8	R\$ 236.880,1700	R\$ 156.000,0000	R\$ 1.248.000,0000
Marca: GENORAY Fabricante: GENORAY Modelo / Versão: PAPAYA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE IMAGEM ODONTOLOGICA TIPO: PANORÂMICO ☐ Aparelho radiográfico odontológico para exame extraoral - digital, preparado para o paciente posicionado tanto em pé como sentado. ☐ Coluna sobre base. ☐ Realizar os seguintes exames: panorâmica infantil e adultos, planigrafia das articulações têmporo mandibular (atms), seio Lateral						

médio/Lateral/PA (Sinus PA). ☐ Sistema de baixa dosagem ☐ Função Multi Foco ☐ Vários programas para Panorâmica. ☐ Detector Digital de Imagens Extor-P, Csl/CMOS ☐ Ampliação da imagem em proporção constante. ☐ Seleção automática ou manual kvp. ☐ Funções mínimas: ajuste de brilho, contraste e gamma, filtros "sharpen" e tecidos moles e aproximação, aumento e seleção de regiões da radiografia. ☐ O software permitir integração com várias tecnologias e gerenciadores. ☐ Gerador de frequência de no mínimo 40 khz, variação entre 60 até 80 kvp (mín) e variação entre 4 até 12 ma (mín). ☐ Período de exposição Máx. 17 segundos ☐ Ponto focal de no máximo 0,5 mm x 0,5 mm. ☐ Função "demonstração" que permite demonstrar ao paciente os movimentos do equipamento sem emissão de raio x. ☐ Posicionamento do paciente (em módulo panorâmico) através de plano frankfurt, linha sagital mediana e linha do canino, estabilizado por bloco de mordida para pacientes dentados e apoio do mento para pacientes edêntulos. ☐ Ajuste do plano de corte baseado na linha do canino (móvel) para geração da curva personalizada ao biotipo do paciente para tomadas panorâmicas. ☐ Cabeçote blindado com certificado de controle radiação de fuga, tensão nominal 110 / 127 / 220 ou 240 v, potência entre 4 até 12 ma (mín), frequência de geração de alta tensão 100 khz, 50 / 60 hz, tensão do tubo entre de 60 até 80 kvp (mín), com chassis radiográficos totalmente digital, ☐ Alimentação: 110 / 127 / 220 ou 240 v. ☐ Software 2D e banco de dados. Incluso computador compatível com o equipamento. ☐ Certificado do INMETRO e controle de radiação de fuga em conformidade com legislação atual vigente. ☐ Registro na agência nacional de vigilância sanitária -Anvisa ☐ Garantia de 24 meses contra defeitos de funcionamento, prestação de serviços (mão de obra), e 60 meses incluindo troca de peças contados da data do recebimento definitivo. ☐ Será fornecido treinamento de utilização e manuseio do software e do equipamento. ☐ TRANSPORTE, ENTREGA E INSTALAÇÃO INCLUSO PELO FORNECEDOR; • Hardware: ☐ 01 Nobreak ☐ 02 estabilizadores para os computadores ☐ 01 Computador de aquisição, com configurações compatíveis e que atendam aos requisitos do aparelho. ☐ 01 Computador desktop para laudos de comando independente, com configurações compatíveis e que atendam aos requisitos do aparelho. ☐ 01 MONITOR: 21 POLEGADAS com registro na ANVISA, de acordo com a RDC 330/2019. Adequação física da sala e mobiliário incluindo Armários, mesa, bancada, adequação de refrigeração, elétrica e física da sala. REGISTRO ANVISA: 80117580988

Total do Fornecedor: R\$ 1.248.000,0000

Valor Global da Ata: R\$ 1.575.295,3400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)