



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2024 às 14:46:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação da proposta apresentada, Retornaremos amanhã, dia 31/07 as 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	31/07/2024 às 13:30:11	Boa tarde a todos!
Sistema	31/07/2024 às 13:30:52	Segue, transcrito, o parecer técnico referente à proposta apresentada pela empresa IMEX INDÚSTRIA:
Sistema	31/07/2024 às 13:31:15	"MATERIAL DE ANÁLISE: Proposta IMEX INDÚSTRIA
Sistema	31/07/2024 às 13:31:37	EQUIPAMENTO OFERTADO PELA EMPRESA - MARCA: IMEX, MODELO: UNIQUE FD
Sistema	31/07/2024 às 13:33:03	REQUISITOS DO EDITAL: Medidor DAP: Não possui; FPD do tipo CMOS: Não, TFT a-Si.; Rotação do colimador ilimitada: Não atende - Limitada a 180 ; Fluoroscopia: corrente 40 mA: Não atende - 20 mA (modo cont.) 30 mA pulsado (30 q/s).
Sistema	31/07/2024 às 13:33:11	PARECER TÉCNICO: A proposta de preços apresentada pela empresa IMEX MEDICAL NÃO ATENDE o descritivo técnico do PE por SRP nº 90153/2024.
Sistema	31/07/2024 às 13:34:20	é o parecer.
Sistema	31/07/2024 às 14:46:22	A sessão será suspensa para a emissão de parecer técnico. Retornaremos na segunda-feira, dia 05/08 as 9h. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	05/08/2024 às 09:05:23	Bom dia a todos!
Sistema	05/08/2024 às 09:06:02	Segue o parecer técnico referente à proposta apresentada pela empresa PHILLIPS MEDICAL:
Sistema	05/08/2024 às 09:06:20	(...)MATERIAL DE ANÁLISE: Proposta PHILIPS MEDICAL (147316450)
Sistema	05/08/2024 às 09:07:01	EQUIPAMENTO OFERTADO PELA EMPRESA MARCA: PHILIPS MODELO: ZENITION 70
Sistema	05/08/2024 às 09:07:18	REQUISITOS DO EDITAL: Medidor DAP - Não possui
Sistema	05/08/2024 às 09:07:29	FPD do tipo CMOS - Não, Silício amorfo (a-Si)
Sistema	05/08/2024 às 09:07:41	Demais requisitos atendidos.
Sistema	05/08/2024 às 09:07:47	PARECER TÉCNICO: A proposta de preços apresentada pela empresa PHILIPS MEDICAL NÃO ATENDE o descritivo técnico do PE por SRP nº 90153/2024.
Sistema	05/08/2024 às 09:07:51	é o parecer
Sistema	05/08/2024 às 11:59:02	Prezados, estarei ausente da sessão das 12h as 14h. A empresa convocada deverá atentar-se ao prazo informado na convocação.
Sistema	05/08/2024 às 13:59:00	A sessão será suspensa para aguardar o parecer técnico. Retornaremos amanhã, dia 06/08- as 14h. Estejam conectados.
Sistema	06/08/2024 às 14:00:49	Boa tarde a todos!
Sistema	06/08/2024 às 14:01:32	Segue o parecer técnico referente à proposta apresentada pela empresa GE HEALTHCARE
Sistema	06/08/2024 às 14:01:41	MATERIAL DE ANÁLISE: Proposta GE HEALTHCARE (147674490)
Sistema	06/08/2024 às 14:01:51	EQUIPAMENTO OFERTADO PELA EMPRESA MARCA: GE MODELO: OEC Elite CFD 31cm Ergo C VAS MTS
Sistema	06/08/2024 às 14:03:28	REQUISITOS DO EDITAL: Medidor DAP - Não atende, pois não possui o medidor; 200 pares de capas estéreis - Não atende, pois foi ofertado apenas capa para o detector e edital solicita tubo e detector. Quantitativo de 200 pares de capas também não foi informado.
Sistema	06/08/2024 às 14:03:45	Demais requisitos do descritivo foram atendidos.
Sistema	06/08/2024 às 14:03:54	Edital solicita treinamento em duas fases de 20 h cada e com intervalo de 60 dias entre as fases. Proposta GE HEALTHCARE (147674490) oferece treinamento em dois dias, totalizando 40 horas. Portanto, NÃO ATENDE ao edital.
Sistema	06/08/2024 às 14:04:00	PARECER TÉCNICO: A proposta de preços apresentada pela empresa GE HEALTHCARE NÃO ATENDE o descritivo técnico do PE por SRP nº 90153/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2024 às 14:04:05	é o parecer.
Sistema	06/08/2024 às 14:06:42	Senhores licitantes, informo que não realizarei diligência para sanar a inconformidade referente aos 200 pares de capas estéreis, e tampouco referente ao treinamento, uma vez que, conforme avaliação técnica, o produto ofertado não atenderia ao descritivo solicitado (pois não possui o medidor DAP).
Sistema	06/08/2024 às 14:07:03	Desse modo, realizarei a desclassificação baseada na avaliação técnica.
Sistema	06/08/2024 às 16:13:19	Prezados, a sessão será suspensa para aguardar a análise técnica da proposta apresentada. Retornaremos dia 08/08 as 09h. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	08/08/2024 às 09:05:42	Bom dia a todos
Sistema	08/08/2024 às 09:06:18	Segue o parecer técnico da proposta apresentada:
Sistema	08/08/2024 às 09:08:06	MATERIAL DE ANÁLISE: Proposta ZIEHM MEDICAL
Sistema	08/08/2024 às 09:08:13	EQUIPAMENTO OFERTADO PELA EMPRESA MARCA: ZIEHM MODELO: VISION RFD
Sistema	08/08/2024 às 09:08:36	Todos os requisitos do edital foram atendidos.
Sistema	08/08/2024 às 09:08:46	PARECER TÉCNICO: A proposta de preços apresentada pela empresa ZIEHM MEDICAL ATENDE o descritivo técnico do PE por SRP nº 90153/2024.
Sistema	08/08/2024 às 09:09:42	é o parecer
Sistema	08/08/2024 às 09:11:04	Desse modo, a proposta da empresa será aceita e, na sequência, iniciaremos a etapa de habilitação.
Sistema	08/08/2024 às 10:35:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e a retomada fica agendada para dia 12/08 as 14h. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	12/08/2024 às 14:01:34	Boa tarde a todos!
Sistema	12/08/2024 às 14:02:36	Segue o parecer técnico referente à qualificação técnica:
Sistema	12/08/2024 às 14:02:52	"(...) A partir da documentação anexa é possível comprovar o atestado de capacidade técnica da empresa:
Sistema	12/08/2024 às 14:03:16	Qtde. Instituição Marca Modelo Nº/S Página da Diligência (148010877) 1 Sta. Casa Misericórdia de Mauá Ziehm Vision RFD 20229 9/59, 31/59, 53/59 2 HMG Ziehm Vision RFD 20392 54/59 3 UNICAMP Ziehm Vision RFD 21320 55/59 4 Beneficência Portuguesa Ziehm Vision RFD 21347 19/59 5 Beneficência Portuguesa Ziehm Vision RFD 21348 19/59 6 Beneficência Portuguesa Ziehm Vision RFD 21349 19/59, 50/59 7 GRAAC Ziehm V
Sistema	12/08/2024 às 14:03:21	Portanto, a empresa Ziehm Medical do Brasil possui 8 (oito) atestados de capacidade técnica, os quais são suficientes para atender à exigência editalícia.
Sistema	12/08/2024 às 14:03:28	Os Contratos e Notas Fiscais apresentados constataam a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de forma continuada, demonstrando assim, a capacidade técnica da empresa."
Sistema	12/08/2024 às 14:39:41	A empresa ZIEHM MEDICAL DO BRASIL atendeu às exigências requeridas na cláusula 8.2 do Edital, razão pela qual será habilitada e declarada vencedora do Pregão Eletrônico N 90153/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:59:30	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para apresentação das razões e contrarrazões foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90153/2024 será encerrada.
Sistema	12/08/2024 às 14:59:47	Agradecemos a participação de todos!

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/07/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/07/2024 às 08:55:47	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Intensificador de imagem uso radiologico**

Intensificador De Imagem Uso Radiologico Componentes: Arco Cirúrgico, Fluoroscopia Contínua E Pulsada , Tipo Foco: Radiografia Digital, Exposição Direta , Angulação: Subtração Digital, Frequência Mínima 6 Imagens/Seg , Medidor: Visualização Positiva/Negativo

Quantidade: 15 Valor estimado: R\$ 1.436.826,0000  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76, melhor lance: R\$ 1.290.000,0000, valor negociado: R\$ 1.270.000,0000

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.250.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GE Modelo/versão: OEC Elite Valor proposta: R\$ 1.350.000,0000 Valor negociado: R\$ 1.100.000,0000 Quantidade ofertada: 15		
51.577.256/0001-05 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 849.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IMEX/LOCALMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA Modelo/versão: UNIQUE FD Valor proposta: R\$ 980.000,0000 Valor negociado: R\$ 830.000,0000 Quantidade ofertada: 15		
02.629.342/0001-09 - MELO & PINHEIRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 2.100.000,0000	-
Marca/Fabricante: ZIEHM Modelo/versão: VISION RFD Valor proposta: R\$ 2.100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.058.309,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHILIPS/PHILIPS Modelo/versão: ZENITION Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: R\$ 1.058.000,0000 Quantidade ofertada: 15		
58.752.460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.436.500,0000	-
Marca/Fabricante: ZIEHM Modelo/versão: VISION RFD Valor proposta: R\$ 1.436.826,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.416.300,0000	-
Marca/Fabricante: Siemens Modelo/versão: Cios Alpha VA30 Valor proposta: R\$ 1.750.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 620.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VMI TECNOLOGIAS/VMI TECNOLOGIAS Modelo/versão: FÊNIX AG Valor proposta: R\$ 800.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		
10.861.317/0001-76 - ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.290.000,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Ziehm Imaging Modelo/versão: Vision RFD Valor proposta: R\$ 1.650.000,0000      Valor negociado: R\$ 1.270.000,0000      Quantidade ofertada: 15		

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2024 08:32:49	58.752.460/0001-56	R\$ 1.436.500,0000
29/07/2024 08:34:50	01.449.930/0006-02	R\$ 1.416.300,0000
29/07/2024 08:38:12	58.295.213/0021-11	R\$ 1.058.309,0000
29/07/2024 08:43:55	00.029.372/0002-21	R\$ 1.345.000,0000
29/07/2024 08:44:31	10.861.317/0001-76	R\$ 1.300.000,0000
29/07/2024 08:45:34	00.029.372/0002-21	R\$ 1.299.999,0000
29/07/2024 08:50:35	51.577.256/0001-05	R\$ 849.000,0000
29/07/2024 08:51:50	02.659.246/0001-03	R\$ 620.000,0000
29/07/2024 08:54:20	00.029.372/0002-21	R\$ 1.250.000,0000
06/08/2024 14:12:45	10.861.317/0001-76	R\$ 1.290.000,0000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2024 08:50:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 800.000,0000 e R\$ 1.299.999,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:20 do dia 29/07/2024.
Sistema	29/07/2024 08:55:21	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.250.000,0000, R\$ 849.000,0000 e R\$ 620.000,0000.
Sistema	29/07/2024 08:55:21	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 08:59:44	Bom dia, Sr Licitante
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 08:59:56	Informo que sua proposta é a melhor colocada para a licitação
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:00:10	Solicito que verifique a possibilidade de melhorar o valor cadastrado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:00:29	Sr. Fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ 02.659.246/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Melhor proposta cadastrada - valor mais vantajoso.
pelo participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:02:03	Bom dia, Sr., um momento, por gentileza
pelo participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:02:22	Estou verificando a possibilidade de redução com a Direção
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:03:06	Estamos no aguardo. Obrigada.
pelo participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:09:56	Sra. infelizmente não conseguimos reduzir. Estamos em nosso melhor valor
pelo participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:10:08	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ 02.659.246/0001-03. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ 02.659.246/0001-03, mantendo R\$ 620.000,0000.
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:11:43	Ok, Sr Licitante, por estar dentro do nosso estimado, aceitaremos a sua oferta.
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:12:05	Seguem as orientações para a etapa de proposta:
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:16:14	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para a licitação, cuja validade não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contendo a descrição detalhada do produto ofertado, juntamente com o catálogo técnico do produto ofertado.
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:17:03	Juntamente com a proposta, deve ser apresentada a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (cujo modelo consta no Anexo I)
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:18:19	Solicitamos, por fim, caso possível, que encaminhe os documentos de habilitação para darmos andamento às demais etapas do procedimento licitatório
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:18:22	Ciente?
Sistema para o participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:18:53	Sr. Fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ 02.659.246/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares..
pelo participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:19:00	Ciente Sra., será providenciado dentro do prazo
pelo participante 02.659.246/0001-03	29/07/2024 09:45:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:34 de 29/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ 02.659.246/0001-03.
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:36:14	Boa tarde, Sr Licitante
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:36:40	Após desclassificação da primeira colocada, sua proposta passou a ser a mais vantajosa para a licitação
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:36:55	solicito que verifique a possibilidade de negociação do valor cadastrado,
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:37:09	Sr. Fornecedor IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 51.577.256/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:38:05	Boa tarde, Sr Pregoeiro (a).
pelo participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:40:34	Estamos verificando com diretoria, um momento.
pelo participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:41:05	O valor em questão seria R\$830.000,00 por unidade?
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:44:02	Sim, estamos solicitando que verifique se é possível fazer a 830.000,00 a unidade, ou, caso possível um valor menor, registrar no campo de negociação
pelo participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:46:11	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 51.577.256/0001-05. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 51.577.256/0001-05, tendo informado R\$ 830.000,0000.
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:49:43	Agradeço o empenho em nos atender.
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:50:29	Seguem as orientações para a etapa de proposta:
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:50:50	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para a licitação, cuja validade não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contendo a descrição detalhada do produto ofertado, juntamente com o catálogo técnico do produto ofertado.
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:50:59	Juntamente com a proposta, deve ser apresentada a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (cujo modelo consta no Anexo I)
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:51:07	Solicitamos, por fim, caso possível, que encaminhe os documentos de habilitação para darmos andamento às demais etapas do procedimento licitatório
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:51:15	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:52:45	Sr. Fornecedor IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 51.577.256/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
pelo participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 13:54:32	Certo, iremos providenciar. Nenhuma dúvida no momento, obrigada.
pelo participante 51.577.256/0001-05	30/07/2024 14:30:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:10 de 30/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 51.577.256/0001-05.
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:35:27	Boa tarde, Sr Fornecedor
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:36:02	Informo que após desclassificação das primeiras colocadas, sua proposta passou a ser a melhor classificada para este certame
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:36:46	Solicito que verifique a possibilidade de melhorar o valor cadastrado na etapa de lances
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:37:14	Sr. Fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante	31/07/2024 13:38:36	Sr. Pregoeiro já estamos no nosso melhor valor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:38:36	Sr. Pregoeiro já estamos no nosso melhor valor.
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:39:02	Qual seria o valor estimado?
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:42:15	Sua proposta está dentro do estimado. Veja se consegue, ao menos arredondar o valor unitário ofertado.
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:43:53	Sr. Pregoeiro, devido a tecnologia no equipamento, já ofertamos o nosso preço final.
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:43:58	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11, mantendo R\$ 1.058.309,0000.
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:48:35	Sr. Fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Arredondar valor tendo em vista o ganho em escala.
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:49:12	prezado, favor avaliar novamente a solicitação de arredondar o valor
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:49:56	Sr. Pregoeiro, para uma redução preciso escalar o valor para a nossa diretoria global. Seria possível nos conceder um prazo de 24hs?
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:54:37	Senhor licitante, estou solicitando um desconto de R\$ 309,00 em um montante de mais de 1 milhao
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 13:55:20	Irei conceder 20 minutos para a tratativa. Trata-se de desconto irrisório frente ao valor total.
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:03:15	Sr. Pregoeiro, entendemos incorretamente o desconto, iremos responder dentro do prazo concedido.
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:08:24	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11, tendo informado R\$ 1.058.000,0000.
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:08:44	Sr. Pregoeiro, desconto concedido conforme solicitado.
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:14:01	Grata. Seguem as orientações para a etapa de proposta:
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:14:21	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para a licitação, cuja validade não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contendo a descrição detalhada do produto ofertado, juntamente com o catálogo técnico do produto ofertado.
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:14:29	Juntamente com a proposta, deve ser apresentada a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (cujo modelo consta no Anexo I)
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:14:39	Solicitamos, por fim, caso possível, que encaminhe os documentos de habilitação para darmos andamento às demais etapas do procedimento licitatório
Sistema para o participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:14:48	Alguma dúvida?
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:15:08	Não Sr. Pregoeiro, ficou claro.
Sistema para o participante	31/07/2024 14:15:15	Sr. Fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:15:15	31/07/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:25:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:50 de 31/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11.
pelo participante 58.295.213/0021-11	31/07/2024 14:26:10	Sr. Pregoeiro, documentos enviados.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:08:42	Bom dia, Sr Licitante!
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:09:02	Informo que após desclassificações, sua proposta é a mais vantajosa para o certame
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:09:19	solicito que verifique a possibilidade de negociação do valor cadastrado.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:09:31	Considere o ganho em escala para melhores valores.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:10:14	Sr. Fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ 00.029.372/0002-21, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:17:14	Sr Licitante?
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:23:34	Senhor fornecedor, precisamos de uma manifestação para darmos prosseguimento aos atos do certame
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:28:27	Bom dia, Sr.Pregoeiro!
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:28:34	Tudo bem?
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:31:08	Irei verificar com a diretoria
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:31:17	Preciso de alguns minutos
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:31:19	No aguardo.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:46:27	Alguma resposta?
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:46:48	Senhor pregoeiro como são muitas unidades, preciso de umas duas horas para conseguir entender se conseguimos reduzir mais o valor. O nosso último lance era o mínimo, terei que escalar com a diretoria.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:57:47	Sr Licitante, neste ano a empresa participor de licitação com o mesmo objeto aqui nesta SES e ofertou o valor de 1.100.000,00
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:58:51	A empresa, ao participar de um certame, já deve ter ciência do valor que pode chegar ao ser convocado a negociar.
Sistema para o participante	05/08/2024 09:59:17	Aguardarei até as 10h30 por uma resposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.029.372/0002-21	05/08/2024 09:59:17	Aguardarei até as 10h30 por uma resposta.
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:00:38	Obrigada
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:26:57	Prezado pregoeiro estamos em ligação com o Global para solicitar a aprovação desse valor
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:27:09	Peço gentilmente, um pouco mais de prazo.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:27:39	No aguardo.
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:50:11	Após verificar, conseguimos seguir com o valor sugerido.
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:50:45	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ 00.029.372/0002-21. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ 00.029.372/0002-21, tendo informado R\$ 1.100.000,0000.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:51:54	Senhor licitante, obrigada pelo empenho em atender a nossa solicitação
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:52:17	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para a licitação, cuja validade não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contendo a descrição detalhada do produto ofertado, juntamente com o catálogo técnico do produto ofertado.
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:52:23	Juntamente com a proposta, deve ser apresentada a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (cujo modelo consta no Anexo I)
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:52:30	Solicitamos, por fim, caso possível, que encaminhe os documentos de habilitação para darmos andamento às demais etapas do procedimento licitatório
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:52:36	Ciente?
Sistema para o participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 10:53:01	Sr. Fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ 00.029.372/0002-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 11:03:52	Ciente!
pelo participante 00.029.372/0002-21	05/08/2024 12:58:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:58:01 de 05/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ 00.029.372/0002-21.
Sistema	06/08/2024 14:08:35	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.300.000,0000, R\$ 1.416.300,0000 e R\$ 1.436.500,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:13:34 do dia 06/08/2024.
Sistema	06/08/2024 14:13:35	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.290.000,0000.
Sistema	06/08/2024 14:13:35	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:14:36	Boa tarde, Sr Licitante
Sistema para o participante	06/08/2024 14:14:59	Após desclassificação dos primeiros colocados, sua proposta passou a ser a melhor colocada para o certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:14:59	Após desclassificação dos primeiros colocados, sua proposta passou a ser a melhor colocada para o certame
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:15:27	Solicito que verifique a possibilidade de negociação do valor cadastrado na etapa de lances.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:15:46	Sr. Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:18:04	Boa tarde
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:19:12	Sr Pregoeiro, ja estamos no limite da nossa proposta
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:19:34	Essa é a proposta mais vantajosa que conseguimos oferecer
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:22:19	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76, mantendo R\$ 1.290.000,0000.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:25:04	Sr. Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:25:20	Sr licitante, faça uma nova tentativa junto a sua diretoria
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:25:30	considere o ganho em escala para uma tratativa
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:27:56	Sr Pregoeiro, vou conversar com a minha diretoria para ver se tem algo que podemos fazer
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:28:15	Preciso somente de um tempo para fazer isso, por favor
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:30:36	ok, No aguardo.
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:42:49	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76, tendo informado R\$ 1.270.000,0000.
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:43:35	Sr Pregoeiro, após tratativa com a minha diretoria esse é o melhor valor que conseguimos oferecer
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:45:32	Obrigada pelo empenho em nos conceder um desconto
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:45:44	Seguem as orientações para a etapa de proposta:
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:46:08	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para a licitação, cuja validade não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contendo a descrição detalhada do produto ofertado, juntamente com o catálogo técnico do produto ofertado.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:46:22	Juntamente com a proposta, deve ser apresentada a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (cujo modelo consta no Anexo I)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:46:29	Solicitamos, por fim, caso possível, que encaminhe os documentos de habilitação para darmos andamento às demais etapas do procedimento licitatório
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:46:39	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:48:17	Sr. Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 06/08/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 14:49:16	Não, vamos juntar os anexos e enviar. Obrigado
pelo participante 10.861.317/0001-76	06/08/2024 16:04:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:48 de 06/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76.
Sistema	08/08/2024 09:11:28	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/08/2024 09:21:28.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:12:48	Sr licitante, bom dia
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:13:20	Após aceita sua proposta, os atestados de capacidade técnica apresentados foram analisados pela área demandante
pelo participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:13:24	Bom dia
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:13:37	Segue a diligência a ser sanada:
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:14:11	"Tendo em vista a aquisição de 15 (quinze) arcos cirúrgicos e no Edital de Licitação é solicitada a comprovação de 30% do objeto do Termo de Referência, ou seja mínimo de 5 (cinco) atestados, ou 11 (onze) atestados apresentados através do documento SEI Nª 147879504 atendem ao exigido, ou seja, são compatíveis ao objeto a ser adquirido..."
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:14:20	Contudo, alguns atestados não constam o quantitativo e o modelo dos equipamentos da marca Ziehm existentes na instituição. Para emissão de parecer conclusivo, solicitamos que a Licitante nos envie cópia dos contratos de aquisição ou manutenção referente a esses atestados ou notas fiscais de venda dos arcos cirúrgicos."
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:15:59	Sr Licitante, irei conceder o prazo de 2h para o envio dos contratos ou notas fiscais referentes aos atestados apresentados, a fim de comprovar o quantitativo mínimo exigido no Edital.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:16:05	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:18:55	Sr. Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 08/08/2024. Justificativa: Diligência referente aos atestados de capacidade técnica.
pelo participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:20:37	Nenhuma duvida, vamos providenciar os documentos
pelo participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:21:09	5 são o suficiente?
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:34:18	Sim, a empresa deve comprovar que já forneceu pelo menos 5 unidades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 09:34:40	uma vez que esse processo é para a aquisição de 15 arcos cirurgicos
pelo participante 10.861.317/0001-76	08/08/2024 10:17:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:32 de 08/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:11:52	Senhor licitante, o anexo será aberto para envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:12:46	1) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, datada dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:13:41	2) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade, conforme modelo constante no Anexo V do Edital;
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:14:07	3) Declaração para fins do Decreto nº 39.860 de 2019, conforme modelo no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:14:56	Sr. Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 12/08/2024. Justificativa: Certidão negativa de feitos sobre falência; Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo V do Edital); Declaração para fins do Decreto nº 39.860 de 2019 (modelo Anexo VI do Edital).
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:15:01	Ciente?
pelo participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:16:04	Boa tarde.
pelo participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:16:14	Ciente! Vamos enviar os anexos
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:17:00	Após a inclusão da documentação convocada, a empresa deverá clicar no botão "Encerrar envio de anexos" para que os documentos sejam disponibilizados antes do término do prazo concedido.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:25:39	Em tempo: verificamos que as Declarações estão anexadas juntamente com a proposta.
Sistema para o participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:26:04	Dessa forma, solicito apenas o envio da Certidão negativa de feitos sobre falência.
pelo participante 10.861.317/0001-76	12/08/2024 14:37:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:09 de 12/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76.
Sistema	12/08/2024 14:45:15	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2024 14:55:15.
Sistema	12/08/2024 14:56:56	A fase de recurso do item 1 está aberta até 15/08/2024.
Sistema	16/08/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 20/08/2024.
Sistema	20/08/2024 23:59:59	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/07/2024 09:18:53	Fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ 02.659.246/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 11:20:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares..
29/07/2024 09:45:34	Fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ 02.659.246/0001-03 finalizou o envio de anexo.
30/07/2024 13:52:45	Fornecedor IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 51.577.256/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 15:54:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
30/07/2024 14:30:10	Fornecedor IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 51.577.256/0001-05 finalizou o envio de anexo.
31/07/2024 14:15:15	Fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 16:16:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
31/07/2024 14:25:50	Fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11 finalizou o envio de anexo.
05/08/2024 10:53:01	Fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ 00.029.372/0002-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 13:00:00. Motivo: Proposta mais vantajosa.
05/08/2024 12:58:01	Fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ 00.029.372/0002-21 finalizou o envio de anexo.
06/08/2024 14:48:17	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/08/2024 16:49:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
06/08/2024 16:04:48	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 09:18:55	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 11:20:00. Motivo: Diligência referente aos atestados de capacidade técnica.
08/08/2024 10:17:32	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 finalizou o envio de anexo.
12/08/2024 14:14:56	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/08/2024 16:15:00. Motivo: Certidão negativa de feitos sobre falência; Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo V do Edital); Declaração para fins do Decreto nº 39.860 de 2019 (modelo Anexo VI do Edital).
12/08/2024 14:37:09	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 finalizou o envio de anexo.
15/08/2024 16:50:57	Fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ 58.295.213/0021-11 registra recurso.
15/08/2024 20:52:48	Fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ 00.029.372/0002-21 registra recurso.
20/08/2024 16:46:20	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 00.029.372/0002-21.
20/08/2024 16:46:46	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 58.295.213/0021-11.
22/08/2024 16:26:13	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
22/08/2024 19:33:08	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
22/08/2024 19:33:16	Fornecedor ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 10.861.317/0001-76 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.290.000,0000, valor negociado: R\$ 1.270.000,0000.
22/08/2024 19:33:16	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:		08/08/2024 09:21:28
Intenção de recurso na habilitação:		12/08/2024 14:55:15
Recurso:		15/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:		20/08/2024 23:59:59

## Recursos realizados:

## 00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS

Intenção de recurso no julgamento:		08/08/2024 09:17:05
Intenção de recurso na habilitação:		12/08/2024 14:50:06
Recurso:	(Cadastrado)	15/08/2024 20:52:48
Contrarrazões:		

10.861.317/0001-76 - ZIEHM MEDICAL DO BRASIL	(Cadastrado)	20/08/2024 16:46:20
--	--------------	---------------------

## 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		08/08/2024 09:12:04
Intenção de recurso na habilitação:		12/08/2024 14:46:44
Recurso:	(Cadastrado)	15/08/2024 16:50:58
Contrarrazões:		

10.861.317/0001-76 - ZIEHM MEDICAL DO BRASIL	(Cadastrado)	20/08/2024 16:46:46
--	--------------	---------------------

## 02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA.

Intenção de recurso no julgamento:		08/08/2024 09:11:41
Intenção de recurso na habilitação:		12/08/2024 14:46:19
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	22/08/2024 16:26:13
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	22/08/2024 19:33:08