

PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Pregão Eletrônico Nº 00096/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.985.366/0003-91 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Pá Para Desfibrilador	Unidade	1191	R\$ 1.795,0000	R\$ 1.470,0000	R\$ 1.750.770,0000

Marca: ZOLL

Fabricante: ZOLL

Modelo / Versão: CPR STAT PADZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo autoadesivo multifunção (desfibrilação, cardioversão, marcapasso não invasivo e monitorização) original para o Desfibrilador Externo Automático da marca ZOLL modelo AED PLUS para paciente adulto, confeccionado com gel condutor sólido em polímero adesivo e elemento condutivo de estanho com sensor de qualidade de compressões torácicas (acelerômetro) que informa profundidade e frequência das mesmas durante a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em tempo real e com configuração ajustada para o atendimento aos novos protocolos internacionais de RCP da American Heart Association (mínimo de 100 compressões por minuto de frequência e pelo menos 5 - 6 cm de profundidade de compressão). Produzido em 2 peças (eletrodo adulto para área esternal acoplado ao sensor RCP e eletrodo para ápice) onde permite o posicionamento ântero-anterior ou ântero-posterior dos eletrodos no tórax e com gráfico ilustrativo de posicionamento correto de cada eletrodo (esterno e ápice) e posicionamento correto do sensor RCP no produto e na embalagem. Comprimento do cabo de conexão de 120 cm. Eletrodo do ápice e esternal com área total 165 cm². Produto acondicionado em embalagem laminada que permite manter os eletrodos vedados e a conexão do cabo do eletrodo exteriorizada para permitir pré-conexão ao AED PLUS sem violar a embalagem, reembalado de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Validade mínima de 12 (doze) meses. Rotulado conforme a legislação em vigor. Embalagem: nome do fabricante, CNPJ da empresa fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Modelo: CPR STAT- PADZ. Marca/fabricante: ZOLL. Procedência: USA. TAB.: 9018.90.99. Registro na Anvisa número 10429990051.

3	Pá Para Desfibrilador	Unidade	165	R\$ 1.585,6400	R\$ 1.585,0000	R\$ 261.525,0000
---	-----------------------	---------	-----	----------------	----------------	------------------

Marca: ZOLL

Fabricante: ZOLL

Modelo / Versão: PEDI PADZ II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo autoadesivo multifunção (desfibrilação, cardioversão, marcapasso não invasivo e monitorização) original, pediátrico, para uso em crianças de 0 a 8 anos e/ou menores de 25 kg, com o Desfibrilador Externo Automático da marca ZOLL modelo AED PLUS, confeccionado com gel condutor sólido em polímero adesivo e elemento condutivo em estanho. Produzido em duas peças, tamanho pediátrico apropriado a fim de permitir o posicionamento ântero - posterior dos eletrodos no tórax e gráfico ilustrativo de posicionamento correto de cada eletrodo (esterno e ápice) no produto e na embalagem. Comprimento do cabo de conexão de 80 cm. Eletrodo do ápice com área total de 70 cm². Eletrodo do esternal com área total de 124 cm². Produto acondicionado em embalagem laminada que permite manter os eletrodos vedados e a conexão do cabo do eletrodo exteriorizada para permitir pré-conexão ao AED PLUS sem violar a embalagem, reembalado de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Validade mínima de 12 (doze) meses. Rotulado conforme a legislação em vigor. Embalagem: nome do fabricante, CNPJ da empresa fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Modelo: PEDI PADZ II. Marca/fabricante: ZOLL. Procedência: USA. TAB.: 9018.90.99. Registro na Anvisa número 10429990051.

Total do Fornecedor: R\$ 2.012.295,0000

Valor Global da Ata: R\$ 2.012.295,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar